



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Processo Nº 08.00396/2016		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018		REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018					
LOTE 01									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	203.00	0	203		0	0
1. Aparelho Detector fetal/Sonar modelo Mesa: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cardíaco-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/baixo); Botão com regulagem de tonalidade; Frequência no mínimo 2,2 mhz.; Saída para fone de ouvido para ausculta individual ou gravador de sons; Autofalante embutido de no mínimo 1,2 W.; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts e bateria de no mínimo 9v com duração aproximadamente no mínimo 06 (seis) horas; Acessórios inclusos: Um tubo com 100gr de Gel, fone de ouvido para ausculta individual, 02 (duas) bateria no mínimo 9v e um Carregador de Bateria compatível. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
<b>Fracassado</b>									

LOTE 02									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	100.00	0	100		0	0
2. Aparelho Detector fetal/Sonar modelo portátil: Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som com Suporte para alojamento do transdutor fixado no gabinete; Filtro minimizador de interferência durante a utilização; desligamento automático após 5 minutos sem uso; Ausculta cardíaco-fetal a partir da 10ª semana com alta sensibilidade para ausculta coletiva; Botão Liga/Desliga com controle de volume digital (alto/baixo); Botão com regulagem de tonalidade; Frequência no mínimo 2,2 mhz.; Saída para fone de ouvido para ausculta individual ou gravador de sons; Autofalante embutido de no mínimo 1,2 W.; alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts e bateria de no mínimo 9v com duração aproximadamente no mínimo 06 (seis) horas; Acessórios inclusos: Um tubo com 100gr de Gel, fone de ouvido para ausculta individual, 02 (duas) bateria no mínimo 9v e um Carregador de Bateria compatível. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
<b>Fracassado</b>									

LOTE 03									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Ortomed - 101	R\$ 829,9	100.00	100.00	0	200.00	0	200
3. Armário vitrine com 2 portas &ndash; armação em aço perfilado 22,22 x 3mm. Laterais e 2 portas em vidro 3mm, fechadura tipo Yale e quatro prateleiras em cristal 4mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática pó com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa. Dimensões mínimas: 0,65C x 0,40P x 1,65mA. Montado e com vidro. Incluso manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (02.472.743/0001-90)									

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

**CARONA**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:47 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 04**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	NS Aspiramax MA=520	R\$ 509,23	68.00	68.00	0	136.00	0	136

4. Aspirador de Secreção Portátil: Aspira líquido e secreção; Fácil limpeza e higienização; Portátil; silencioso; econômico e de fácil manuseio; Sem necessidade de manutenção e lubrificantes; Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; Voltagem funciona com .K00I bateria e eletricidade, energia bivolt 127/220 volts e bateria de no mínimo 12 volts de 4,5 ah (inclusa), com bateria é ideal para uso em ambulâncias e locais sem energia elétrica tipo as áreas ribeirinhas; Frequência no mínimo 60 Hz; Potência no mínimo 160VA; Capacidade do Recipiente no mínimo 1300 ml; Comprimento do Cabo de alimentação no mínimo 1,2 m; itens inclusos: Possui vacuômetro; Filtro antibactérias; Válvula automática de nível; ; 01 Unidade de Aspiração; 01 Tubo de sucção de silicone de 2m de comprimento; 01 Recipiente; 01 Filtro de micropartículas; 01 Mangueira para conexão com o filtro; 01 Cinta de travamento do recipiente; 01 Cabo de força; 01 Cabo adaptador veicular (12V) 3 metros de comprimento; 01 Cânula para aspiração descartável; 02 Velcros fixados na bolsa externamente; 01 Carga de bateria; 01 Bolsa para transporte; manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho - RO.

Fornecedor: MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI (02.405.020/0001-78)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	68.00	68.00	0.00

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 05**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	100.00	0	100		0	0

5. Autoclave Câmaras de esterilização em aço inoxidável &ndash; Operação automática &ndash; Capacidade mínima de 30 litros &ndash; Dispensa o uso de água destilada &ndash; Sistema patenteado de aromatização do material esterilizado &ndash; Desaceleração para a retirada do ar do interior da câmara de esterilização &ndash; Eficiente secagem do material &ndash; Exclusivo sistema de porta dupla em aço inox laminados. Oferece maior resistência e segurança &ndash; Gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente &ndash; Guarnição de vedação da tampa em silicone de alta resistência &ndash; Todos os equipamentos são testados na fábrica &ndash; Fácil instalação: não necessita de tubulação para drenagem de água ou tomada elétrica especial &ndash; Tela de projeção ht 69 polegadas formato 4:3 (140x105) &ndash; Tecido Matt White (acetinado branco com verso preto) &ndash; Tamanho da Tela de Projeções (LxA): 140 x 105 (69) &ndash; Formato de vídeo 4:3 &ndash; Tela retrátil &ndash; Estojo em alumínio disponível na cor Branca &ndash; Bordas pretas nas laterais e área de ajuste (tarja preta) para regulagem de altura com 30 ou 40cm. &ndash; Sistema de parada Multiponto &ndash; Ganho de 1.1 na reflexão de leitura transmitida para o público &ndash; Visibilidade de 50° (ângulo do eixo central da tela no qual a imagem projetada é mais brilhante para o público) &ndash; Construção sólida &ndash; Suporte para parede &ndash; A superfície da tela pode ser lavada com água e sabão &ndash; Resistente a umidade &ndash; Reflexão de leitura transmitida para os expectadores com fator 1.1, voltagem 127/220 bi volt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.

**Cancelado**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:47 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**LOTE 06**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Welmy/110 CH	R\$ 830	100.00	100.00	0	200.00	0	200
6. Balança antropométrica adulto: capacidade de peso 150 Kg, frações de 100 gramas, escala antropométrica de aproximadamente 2m, graduação de 0,5 em 0,5cm; Com tapete de borracha antiderrapante; Altura aproximadamente de 1,35 m, Plataforma aproximadamente de 380 x 290 mm; Coluna em tubo de aço, escala de pesagem sobre dois braços; Régua em aço cromado; Acabamento com pintura sintética na cor branco, após prévio tratamento antiferrugem; Pés reguláveis de borracha; balança mecânica. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				100.00	100.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

**LOTE 07**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WISO	R\$ 278,66	750.00	750.00	0	1500.00	0	1500
7. Balança Digital Portátil, com as seguintes características: plataforma fabricada em abs, ou aço-carbono ou alumínio ou plástico resistente, construído em material resistente a impacto, exemplo não aceitaremos em hipótese alguma, materiais com plataforma em vidro temperado; piso antiderrapante e pés em poliuretano; Unidade de medida quilos e libras; material do visor cristal líquido; memória no mínimo 10 usuários; não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marcapasso; capacidade de peso de no mínimo 150kg e graduação de 100g; alimentação bateria de no mínimo 3v(inclusa) e outra carga de reserva; dimensões da balança largura aproximada 32,00cm, altura aproximada 5,00cm, profundidade aproximada 32cm e peso no Máximo 2kg; desligamento automático após inatividade de uso; Indicador de bateria fraca e sobre peso; função de tara zero automático; alça para transporte em material resistente; seu design é moderno e elegante podendo ser facilmente transportada em mochilas; itens incluso: manual de instruções em língua português, 02 (duas) carga de baterias uma inclusa e outra de reserva, bolsa com alça exclusivo para proteção e transporte. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)									
PARTICIPANTES									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				750.00	750.00	0.00			
CARONA									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

**LOTE 08**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Welmy	R\$ 534,99	100.00	100.00	0	200.00	0	200
8. Balança pediátrica digital: Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 5 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)									
<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				100.00	100.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

<b>LOTE 09</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Welmy	R\$ 570	50.00	50.00	0	100.00	0	100
9. Balança Pediátrica Mecânica. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos. Construída em material resistente e de fácil higienização. Capacidade de pesagem de no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo 10g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto a criança. Prato deve ser de material polipropileno, higienizável e atóxica; fabricada em estrutura em chapa de aço carbono; acabamento em tinta PU branco; régua graduada em latão cromado; cursor em aço inoxidável; Pés reguláveis, revestidos de material borracha sintética;									
Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)									
<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				50.00	50.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

<b>LOTE 10</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	MOR	R\$ 181	100.00	100.00	0	200.00	0	200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

10. Balde com Pedal: construído em tubo de aço esmaltado, com balde em aço inox com capacidade para 20 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

PARTICIPANTES				
PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	100.00	0.00	

CARONA			
PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 11									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Marcos Moveis / Mocho Giratorio	R\$ 195	100.00	100.00	0	200.00	0	200

11. Banco Giratório Com Rodízios Estrutura tubular em aço; Assento estofado revestido em courvim; Altura regulável através de rosca; Pés protegidos por ponteiros plásticos; Acabamento com pintura eletrostática a pó; -Dimensões aproximadas: 0,30m largura x 0,50m altura min. x 0,70m altura Max. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

PARTICIPANTES				
PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	100.00	0.00	

CARONA			
PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

LOTE 12									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1022	R\$ 300	100.00	100.00	0	200.00	0	200

12. Biombo triplo com rodízio: construído em tubo redondo de no mínimo 22,22 mm com parede de no mínimo 1,2 mm, montado em 3 faces, com lonita na cor branco; Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura pó com resina expoxipoliéster e polimerizado em estufa. Pés com rodízios de no mínimo 50 mm. Dimensões aproximadas: 1,75 x 1,80 m (CXL). Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

PARTICIPANTES				
PARTICIPANTE	Requisições			
	SI	R	SF	
SEMUSA	100.00	100.00	0.00	

CARONA			
PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 13**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1040	R\$ 433,25	123.00	123.00	0	246.00	0	246
<p>13. Cadeira Básica Para Coleta De Sangue com apoio de braço totalmente regulável, com assento estofada em espuma injetada revestida em courvim, com espessura de no mínimo 6 cm, acabamento em PVC na cor azul. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &amp;ndash; RO.</p> <p>Fornecedor: <b>CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)</b></p>									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				123.00	123.00	0.00			

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 14**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ProlifePL001	R\$ 488,87	90.00	90.00	0	180.00	0	180
<p>14. Cadeira De Rodas Dobrável: constituída de rodas dianteiras pequenas giratórias e traseiras grandes com freio. Assento e encosto em couvin na cor preta. Modelo dobrável, esmaltada, braços fixos e apóia os pés estofados, medidas largura do assento mínimo de 40cm em couvin na cor preta, largura total 62 cm. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &amp;ndash; RO.</p> <p>Fornecedor: <b>V.S. COSTA &amp; CIA LTDA (05.286.960/0001-83)</b></p>									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				90.00	90.00	0.00			

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 15**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	PLAXMETAL	R\$ 288,82	188.00	188.00	0	376.00	0	376



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

15. Cadeira Tipo Caixa Cadeira com assento e encosto em compensado 12 mm ou PU injetado econômica 35mm de espessura ou executiva 45mm, revestido em courvin, mecanismo de encosto VH ou Back System, reguláveis, flange em aço reforçado, coluna a gás, base metálica revestida com capa plástica, ou base check out. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI - ME (05.252.941/0001-36)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	188.00	188.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 16**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	CONKAST - modelo: CNK 1073	R\$ 645	100.00	100.00	0	200.00	0	200

16. Carro de curativo: Totalmente inox quadrado de aço inox de aproximadamente 20x20x1,20mm. Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0,75mm com grade em toda volta. Suporte para balde e bacia. Rodízios de 50mm. Acompanha balde e bacia de inox. Dimensões aproximadas 0,75cm comp. x 0,45cm larg x 0,080 cm alt. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 17**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Olidef	R\$ 1.580	100.00	100.00	0	200.00	0	200

17. Compressor de Ar Nebulizador: produzindo ar comprimido totalmente isento de óleo e impurezas, na cor branca, com 04 (quatro) saídas no mínimo, terminais de saída individual, com válvulas que permita trabalhar individual ou simultaneamente sem afetar o funcionamento da outra saída, motor no mínimo 1/5 hp, isento de lubrificação, fluxo de ar livre no mínimo 45 litros por minutos, compressão máxima 80 libras, voltagem bi volts (110/220), alça para transporte, acompanha no mínimo 04 (quatro) kits de nebulização: composto de máscaras anatômicas, copos e mangueiras de conexões), incluso carrinho acoplado com rodízios para facilitar locomoção do aparelho. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)

**PARTICIPANTES**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

				Requisições				
PARTICIPANTE				SI	R	SF		
SEMUSA				100.00	100.00	0.00		
<b>CARONA</b>								
							CARONA	
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado

<b>LOTE 18</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME / Lar Plástico	R\$ 1.080	50.00	50.00	0	100.00	0	100
<p>18. Contêiner para lixo hospitalar: para acondicionamento de resíduos hospitalares infectante; na cor branco; fabricado em material polietileno de alta densidade; capacidade para no mínimo 400 litros; tampa sobreposta e com travamento; com dreno; quadrado/retangular; 04 rodas de borracha macia para melhor locomoção sendo 02 com trava de segurança; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante (Figura A.16 &amp;ndash; Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &amp;ndash; RO.</p>									
Fornecedor: TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP (19.055.497/0001-73)									

<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				50.00	50.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
							CARONA		
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado	

<b>LOTE 19</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ALFRS, modelo: ALF E 2D	R\$ 223,4	188.00	188.00	0	376.00	0	376
<p>19. Escadinha com 02 degraus inox estrutura em tubo Quadrado de aço inox 20 x 20 x 1,2mm. Piso revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço em toda volta. Pés com ponteiros. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,35 x 0,40cm (CXLXA). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &amp;ndash; RO.</p>									
Fornecedor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (19.338.456/0001-94)									

<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				188.00	188.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
							CARONA		

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado
--------------	----------	------	-------------

**LOTE 20**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	FANEM / 515/4-C / Ref. 515.011 .700 - 127V / 515.011 .800 - 200V	R\$ 2.707,5	50.00	1.00	49	100.00	0	100

20. Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolamento tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Pannel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: **FANEN LTDA (61.100.244/0001-30)**

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	50.00	1.00	49.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo		Carona	
	Data	Requisitado		

**LOTE 21**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	200.00	0	200	0	0	0

21. Foco clínico: com lâmpada de luz fria branco em led no mínimo 80.000 a 100.000 lumens; Características: corpo do foco de metal esmaltada, suporte flexível (haste flexível) em aço cromado com possibilidade de ajustes em todas as posições angulares desejadas e tendo regulagem de altura aproximado de 1,00m a 1,40m.com base de alumínio cromado, pedestal (base) em aço com pintura eletrostática na cor branco, a partir de 04 (quatro) rodízios, sendo as rodas com diâmetro aproximado &rdquo; (50,8 mm) para transporte do equipamento; Cabo elétrico com dupla isolamento e comprimento mínimo de 3 (três) metros tendo pino tripolar &ndash; aterrado. Plugue e interruptor elétrico (liga/desliga) no corpo do foco de luz. Fonte de tensão na entrada (voltagem universal): bivolt 110 /220 volts; Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO

**Fracassado**

**LOTE 22**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Mikatos	R\$ 38,2	450.00	280.00	170	900.00	0	900

Criado Por: **THAYNARA HOLANDA DA SILVA**

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

22. Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	450.00	280.00	170.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 23**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	WP	R\$ 76,92	260.00	260.00	0	520.00	0	520

23. Lixeira com Pedal Retangular: construído em plástico, com capacidade mínima de 50 litros, tampa com acionamento através do pedal. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA- ME (17.428.167/0001-50)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	260.00	260.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 24**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	TDF COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME / Lar Plástico	R\$ 207,14	350.00	200.00	150	700.00	0	700

24. Lixeira hospitalar carrinho: construído em polietileno de alta densidade; com capacidade mínima de 120 litros; tampa com acionamento através do pedal metálico; Possui 2 rodas de borracha maciça de no mínimo 200 mm com travamento, facilitando o manuseio e diminuindo o nível de ruídos no atrito com o solo; na cor branco; contendo identificação conforme ABNT NBR 7500 substância infectante (Figura A.16 &ndash; Subclasse 6.2); Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP (19.055.497/0001-73)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	350.00	200.00	150.00

**CARONA**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 25**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1300	R\$ 220	100.00	100.00	0	200.00	0	200
25. Mesa Auxiliar Mayo: - Bandeja inox, altura mínima regulável 0,90 a 1,25 cm. Haste cromada, armação tubo quadrado. 30x30. Rodízios de 2. Pintura Epoxi. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				100.00	100.00	0.00			

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 26**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Ortomed/ OM702	R\$ 489,91	350.00	303.00	47	700.00	0	700
26. Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				350.00	303.00	47.00			

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 27**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ALFRS, modelo: ALF MEG AC02	R\$ 838	100.00	100.00	0	200.00	0	200

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

27. Mesa Ginecológica: leito estofado revestido em courvin, estrutura em tubos redondos 31,75 x 1,20mm, com cabeceira regulável através de cremalheira, equipada com um par de porta-coxas e alumínio polido, pés com pontadeiras. Dimensões mínimas 1,90 x 0,60 x 0,80 cm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash;RO.

Fornecedor: ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (19.338.456/0001-94)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 28**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1500	R\$ 240	50.00	0	50	100.00	0	100

28. Negatoscópio radiográfico de 1 corpo, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência, alimentação 110v ou 220v, dimensões externas mínimas:380x100x485mm; - dimensões mínimas da área de leitura:360x410mm garantia mínima de 12 meses.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	50.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 29**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1501	R\$ 362,31	69.00	10.00	59	138.00	0	138

29. Negatoscópio radiográfico de 2 corpos, tipo parede, construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de 02 lâmpadas de 15w por corpo, alimentação 110v ou 220v, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência, dimensões externas mínimas: 730x100x485mm. - dimensões aproximadas área de leitura: 710x410mm. Garantia mínima de 12 meses.

Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	69.00	10.00	59.00

**CARONA**

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 30**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Riester	R\$ 1.330	150.00	116.00	34	300.00	0	300
30. Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espêculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espêculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				150.00	116.00	34.00			

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 31**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Conkast - CNK 1601	R\$ 148	100.00	100.00	0	200.00	0	200
31. Porta Soro: regulável com rodízios, base em quadripé de ferro fundido, coluna em tubo, tamanho aproximado 25,4 x 1,2mm haste cromada com 02 ganchos e altura regulavel, pés com rodízios de 50mm. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.									
Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME (06.127.890/0001-83)									

**PARTICIPANTES**

				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
SEMUSA				100.00	100.00	0.00			

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 32**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Mat	R\$ 840	100.00	100.00	0	200.00	0	200

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

32. Torpedo de oxigênio: &ndash; Completo com acessórios, cilindro de oxigênio portátil, Carrinho para transporte do cilindro, válvula reguladora com fluxômetro e manômetro, conjunto para umidificação, pintado na cor verde, capacidade de 1(um) metro. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho &ndash; RO.

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	100.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 33**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	LANCO LTDA / LT1420	R\$ 10.979	8.00	1.00	7	16.00	0	16

33. Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado &ndash; Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corrediça. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço.

Fornecedor: LANCO LTDA (00.595.037/0001-00)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	8.00	1.00	7.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 34**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	LANCO LTDA / LT1150	R\$ 11.920	10.00	0	10	20.00	0	20

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

34. Estação de Trabalho com Bins para Materiais e Medicamentos &ndash; Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A 1700 x L 1610 x P 450mm (+/- 5%); Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas; 07 Prateleiras em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com espessura de 1mm para colocação das caixinhas, com dimensões normalizadas, totalmente desmontáveis com regulagem de altura, com fundo vazado; 24 Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 67mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de 8 divisões por caixa. 12 Caixas medindo aproximadamente A 60mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de 8 divisões por caixa. 24 Caixas medindo aproximadamente A 100mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias, configuração de 5 divisões por caixa. 18 Caixas medindo aproximadamente A 100mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato injetado sob pressão na cor Cinza Claro com sistema de identificação em 2 faces e canais internos que possibilita uma ampla modularidade de divisórias configuração de 5 divisões por caixa. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70Kg cada, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore &ldquo;A&rdquo;, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava; Chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço;- Teste de Dureza dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

Fornecedor: LANCO LTDA (00.595.037/0001-00)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	10.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 35**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Med Light / PCR 3010-BASICO	R\$ 4.400	20.00	5.00	15	40.00	0	40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

35. Carro para parada cardio respiratória/ emergência &ndash;Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. Fechamentos com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínio extrudado e chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior em alumínio extrudado com capacidade de carga de 40 Kg. 3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínio extrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em poliestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca. Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm Suporte de soro em liga de alumínio com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm e com calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha. 04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo em zama, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore &quot;A&quot;, 2 com trava e 2 sem trava. Chapa de aço, perfis e chapas de alumínio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

Fornecedor: BH LABORATÓRIOS LTDA- EPP (22.283.196/0001-01)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	20.00	5.00	15.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 36**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	20.00	0	20		0	0

36. Carrinho Auxiliar em Polímero para procedimentos &ndash; Descritivo técnico: Estrutura em polímero de alta densidade e com perfis em alumínio leve e de fácil manobra. Com 3 prateleiras em polímero com proteção antimicrobiana que não permite a proliferação de microorganismos, o surgimento de odor mantendo superfícies limpas por mais tempo. Possibilidade de ser reconfigurado Estrutura de perfis em aço galvanizado Componentes resistentes à corrosão 04 Rodízios com fácil manobrabilidade Dimensões Aproximadas: A845mm x L 711mm x P 457mm (+/- 5%). O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.

**Fracassado**

**LOTE 37**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	Ortomed/OM 7001,3	R\$ 641,33	70.00	4.00	66	140.00	0	140

Criado Por: THAYNARA HOLANDA DA SILVA

Data da impressão: 13/11/2019 23:16:48 / Público





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

37. Mesa Auxiliar pequena em Inox &ndash; Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro 3/4", com cantoneiras de montagem em poliamida. 03 Bandejas em chapa de aço inox escovado. Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários. Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore &ldquo;A&rdquo;, totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava. Acabamento: Aço inox escovado. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa. - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox. - Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.

Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	70.00	4.00	66.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 38**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 0	150.00	0	150		0	0

38. Suporte de soro em Inox &ndash; Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas Estrutura em tubo redondo de aço inox, com diâmetros de 17,16mm o tubo superior e 1&rsquo;&rsquo; o tubo inferior Pés em alumínio 5 com acabamento superficial anodizado Ajuste de regulagem de altura através de manípulo, com 04 ganchos em nylon 6 injetado, com capacidade de 4Kg, sendo 1Kg por gancho. Regulagem de Altura de 1800 a 2600mm (+/- 5%) Base em nylon 6 injetado sob pressão com sistema antiqueda. 05 Rodízios de 52mm de diâmetro com garfo e aro em nylon 6 e banda de rodagem em poliamida, sendo 3 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. Acabamento em aço inox polido. Dimensões Aproximadas: base com diâmetro de 550mm, gancheira com diâmetro de 235mm, Regulagem de altura de 1800 a 2600mm. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa.

**Fracassado**

**LOTE 39**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	ortomed/ OM713F	R\$ 469	100.00	38.00	62	200.00	0	200



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

39. Mesa Auxiliar Beira Leito &ndash; Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%).  
Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada. Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035.0 proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg.

**Fornecedor: KMEIH & CIA LTDA. (01.527.632/0001-70)**

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	100.00	38.00	62.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**PORTO VELHO, 12/11/2018**