



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 02.00107/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2020

REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2020

LOTE ÚNICO

SI: Saldo Inicial | R: Total Requisitado | SF: Saldo Final

Requisições

Carona

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE		R\$ 25,99	27084.00	13542.00	13542	54168.00	0	54168

01. Equipamento fotossensível para administração de soluções parenterais em sistema linear;

Tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis,

respirador lateral com 0,2 micra, câmara de gotejamento flexível, filtro de aproximadamente 15 micra com pinça de controle gravitacional,

dispositivo de segurança clamp anti – fluxo livre, conexão "luer - lock" com medida aproximada de 300 cm; estéril, de uso único;

embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01(um) ano contado a partir do recebimento definitivo.

COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO (CONFORME REGULAMENTO DA RDC Nº 23 DE 05/05/2014) ESPECIFICADA NO ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA QUE SERÁ CEDIDA EM COMODATO.

Fornecedor: MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (10.193.608/0002-14)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	27084.00	13542.00	13542.00

CARONA

PARTICIPANTE	CARONA	
	Processo	Data

2	PLANTÃO		R\$ 25,99	27084.00	13542.00	13542	54168.00	0	54168
---	---------	--	-----------	----------	----------	-------	----------	---	-------

02. Equipamento para infusão de soluções parenterais em sistema linear estéril; Apirogênico; Atóxico; Tubo medindo aproximadamente 270 cm, transparente, flexível e DEHP "free"; Intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para

descompressão do frasco contendo filtro de ar

antibacteriológico de aproximadamente 0,2 micra em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo

filtro interno de aproximadamente 15 micra; pinça rolete com corta – fluxo; clamp antirrefluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo "Y" com sistema "needlefree"; Terminal conector tipo "luer - lock" com capa

protetora e sistema de controle do preenchimento; embalado individualmente em

papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01(um) ano contado a partir do recebimento definitivo. COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO (CONFORME REGULAMENTO DA RDC Nº 23 DE 05/05/2014) ESPECIFICADA NO ANEXO II QUE SERÁ CEDIDA EM COMODATO.

Fornecedor: MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (10.193.608/0002-14)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 07/12/2021 04:57:55 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SEMUSA	27084.00	13542.00	13542.00	
CARONA				
			CARONA	
PARTICIPANTE		Processo	Data	Requisitado

3	UNIDADE		R\$ 0	47.00	0	47	94.00	0	94
---	---------	--	-------	-------	---	----	-------	---	----

03. Bomba de Infusão Parenteral volumétrica de sistema peristáltico linear em regime de cedência em Comodato para administração de soluções através de equipos específicos conforme modelo de equipo a ser fornecido pela licitante; Fluxo de infusão aproximado a 0,1 a 999,9 ml/h, com incrementos de 0,1 ml, em modo microgotas/infantil e de 1 a 9.999 ml/h em modo macrogotas com incrementos de 1 ml/h; Limites de volume a ser programado aproximadamente a: modo macrogotas de 1 a 999 ml com incrementos de 1 ml. No modo microgota de 0,1 a 99,9 ml com incrementos de 0,1 ml; permita a programação: volume total e por tempo de cálculo automático e/ou manual do fluxo de infusão, volume x fluxo, fluxo x tempo, volume x fluxo x tempo; Possua modo de programação com biblioteca de drogas; Permita a alteração de velocidade de infusão sem interrupção do fluxo do medicamento; Possua função KVO a aproximadamente ou igual a 3 ml/h (ajustável) ou menor fluxo programado; Possua sistema de avaliação/controle da pressão dentro do circuito/sistema da bomba; Sensor de bolhas de ar; Sistema de proteção contra vazão livre no equipo; Alarme e pré-alarme de final de infusão, alarme de oclusão e bateria; Tensão de funcionamento bivolt. Registro na ANVISA. Garantia mínima de (um) ano contado a partir da data de recebimento definitivo. Compatível com os equipos solicitados nos itens 1 e 2 (Conforme regulamento da RDC nº 23 de 05/05/2014).

Fornecedor: MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (10.193.608/0002-14)

PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMUSA	47.00	0.00	0.00

CARONA

			CARONA	
PARTICIPANTE		Processo	Data	Requisitado

PORTO VELHO, 05/06/2020

Criado Por: LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA

Data da impressão: 07/12/2021 04:57:55 / Público