



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00459-000/2018 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 08.00491/2016 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043.2018 REGISTRO DE PREÇO Nº 028.2018			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
LOTE 01							
1	Autoclave para uso odontológico: Com alimentação principal a vapor, capacidade de 30 a 54 litros; automática; Enchimento da câmara monitorada; Com sensor de nível, impedindo o início do funcionamento sem completar água; ciclo 04 ciclos automáticos de esterilização e 02 ciclos de secagem; câmara em aço inoxidável; com lacre para impedimento de abertura até o final da despressurização, trava da porta rosqueável; válvula de segurança contra sobrepessão, termostato de segurança contra sobretemperatura; painel de controle digital, leds indicativos das funções em cristal líquido; acompanha bandejas em aço inox, suportes para bandejas, borrachas, tubos; 110 volts, 2000 watts; manual de instruções, constando externamente marca comercial e procedência da fabricação; o produto deverá obedecer a legislação atual vigente; assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01 ano; Registro na ANVISA e ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	Digitale / Modelo: 3.0 Litros / Capacidade: 30 LITROS M.S: 80360560002	R\$ 3.057,82	SUPREMA DENTAL IMP., EXP. E COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI- ME CNPJ: 28.820.255/0001-10 RUA DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA, 255, SALA 01- RECREIO - LONDRINA - PARANA CEP:86025-090FONE: (43) 3376-6360 E-MAIL: supremadental@licitacoes. londrina.br	32	R\$ 97.850,24
LOTE 02							
1	Compressor de ar: Para uso odontológico, isento de óleo, baixo nível de ruído, reservatório de ar com pintura interna antioxidante, capacidade do reservatório de ar mínimo de 40 litros e máximo 50 litros, frequência de 60Hz-1200 rpm mínimo a 1750 rpm máximo, pressão mínima e máxima de trabalho: 5bar-72,5psi e 8bar-116psi, número de pistões: 2 com sistema de segurança (contra o superaquecimento), potência do motor: 1 Hp/750w ou legislação atual vigente, assistência técnica em Porto Velho com garantia mínima de 01(um) ano; Registro na ANVISA e ou Ministério da Saúde.	UNIDADE	HDX AIR SILENT CBR 50 LTS 1,5HP	R\$ 1.586,96	HDX COMERCIAL EIRELI - ME CNPJ: 24.039.450/0001-56 RUA C- 240, Nº248, QD. 560, LT. 13- JARDIM AMÉRICA - GOIÂNIA - GO CEP:74275-260FONE: (62) 3638-1000 E-MAIL: hdx@hdx.ind.br	23	R\$ 36.500,08
LOTE 03							

Criado Por: ISABELA SOARES ARANHA

Data da impressão: 03/10/2023 00:01:57 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	Seladora para uso Odontológico para selagem de pacotes plástico/plástico e papel grau cirúrgico; dimensões aproximadas 310 x 140x 165 mm; área de selamento aproximada mínima de 6mm com comprimento de 30 cm; com Led indicador de tempo de aquecimento da resistência de soldagem, potência de 100 watts, chave seletora de tensão ou 110 V; com controlador de Tempo de Aquecimento: escala de 0°C a 10°C; acabamento em termoplástico e estrutura interna em aço; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente conforme norma ABNT; garantia no mínimo um ano. Registro na Anvisa e/ ou INMETRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.	UNIDADE	Stermax/Slem amax	R\$ 396	CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofel ipe.com.br	25	R\$ 9.900
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO							R\$ 144.250,32
PORTO VELHO, 13/11/2018							