



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 08.00263-000/2019 - SEMUSA		REFERENTE:		PROCESSO Nº 08.00396/2016			
				PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018			
				REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	FIRMA CONTRATADA	QTD.	VA. TOTAL (R\$)
LOTE 20							
1	20. Estufa Para Secagem E Esterilização: material de chapa de aço com pintura epóxi. Resistência de aquecimento. Isolação térmica com manta de lã de vidro com 6 cm de espessura. Porta com isolamento tipo almofada e com fecho magnético que permite fácil manuseio de abertura. Contendo saída de vapores e encaixe para termômetro em sua parte superior. Indicador digital de tempo e temperatura por seu display. Indicador de ciclo de aquecimento, esterilização e aviso de término com alarme sonoro. Painel frontal do tipo membrana que permita a seleção de sua programação. Bivolt. Faixa de temperatura aproximadamente de 50 a 250°C. Capacidade de 150 litros. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	FANEM / 515/4-C / Ref. 515.011 .700 - 127V / 515.011 .800 - 200V	R\$ 2.707,5	FANEN LTDA CNPJ: 61.100.244/0001-30 RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, 186 - GUARULHOS - SP CEP:07222-050FONE: (11) 2972-5700 E-MAIL: licitacao@fanem.com.br	1	R\$ 2.707,5
LOTE 22							
1	22. Lanterna clínica feita em aço escovado com ajuste de foco e proteção na lâmpada, botão liga e desliga, funcionando com duas pilhas pequenas AA 1,5V cada. Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Mikatos	R\$ 38,2	CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgिकासaofel ipe.com.br	30	R\$ 1.146
LOTE 26							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	26. Mesa Clínica Divã: para repouso, exames e massagem, estrutura tubular 1 1/4mm reforçado tratamento antiferruginoso, Pés protegidos por ponteiras plásticas; Acabamento com pintura eletrostática epóxi, leite acolchoado e revestido em courvim, dimensões mínimas, 1,80m x 0,65m por 0,80 de altura, com cabeceira regulável (móvel), Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Ortomed/ OM702	R\$ 489,91	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	3	R\$ 1.469,73
LOTE 30							
1	30. Oftalmoscópio com Otoscópio: Otoscópio com 5 espéculos permanentes e estojo. Engate com sistema de rosca, cabo em metal com capa antiderrapante para melhor empunhadura com regulagem de intensidade de luz. Capa anti-derrapante para melhor empunhadura, cabeçote em metal nobre cromado. 5 espéculos de diferentes medidas. Acondicionado em bolsa própria de courvin. Funcionamento com duas pilhas médias (não inclusa). Incluir manual na língua portuguesa. Apresentar registro no Ministério da Saúde ou na ANVISA ou a sua isenção. Garantia de no mínimo 1 (um) ano, válida para todos os componentes, englobando peças e serviços e assistência técnica em Porto Velho – RO.	UNIDADE	Riester	R\$ 1.330	CIRÚRGICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 07.626.776/0001-60 RODOVIA DOS MINÉRIOS, 403- SALA BA- 06/S L08- JARDIM MONTERREY - ALMIRANTE TAMADARÉ - PR CEP:83507-000FONE: (41) 3354-1001 E-MAIL: licitacao@cirurgicasaofel ipe.com.br	16	R\$ 21.280
LOTE 33							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	33. Estação de Trabalho com Gaveteiro para Separação de Medicamentos e Materiais para Trabalho Sentado – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas aproximadas de A 730mm x L 1610mm x P 600mm (+/- 5%). Perfis estruturais em chapa de aço SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas. Tampo em aglomerado BP 18 mm de espessura revestido em fórmica, com bordas em PVC 2 mm com acabamento arredondado; Gaveteiro com duas gavetas com altura de 100mm em chapa aço SAE 1010 fosfatizado, com puxadores em nylon injetado sob pressão e corredeira. Travessa de reforço e Pés em chapa de aço laminada a frio SAE 1010, com dimensões normalizadas; Pés niveladores em chapa aço SAE 1010 zincado branco; Chapas de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zircônio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à névoa salina, para peças confeccionadas em aço.	UNIDADE	LANCO LTDA / LT1420	R\$ 10.979	LANCO LTDA CNPJ: 00.595.037/0001-00 ROD. SP 115/280 BOITUVA/IPERÓ- ACESSO JOSÉ SARTORELLI KM 3,3 - BOITUVA - SP CEP:18550-000 FONE: (15) 3363-9234 E-MAIL: bhlaboratorios@gmail.com	1	R\$ 10.979
LOTE 35							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	<p>35. Carro para parada cardio respiratória/ emergência &ndash;Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas A1230mm x L 556mm x P570mm (+/- 5%) Perfis em alumínio extrudado, com dimensões normalizadas e canais para utilização de porcas molas deslizantes. Fechamentos com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm Bandejas fixas com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; com laterais em alumínio injetado sob pressão com dimensões fixas, perfis frontal e traseiro em alumínio extrudado e chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm; puxador traseiro na bandeja superior em alumínio extrudado com capacidade de carga de 40 Kg. 3 Gavetas de 147mm com design para acoplamento de perfis em alumínio com dimensões normalizadas; em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm, com laterais internas em alumínio extrudado, com capacidade de carga de 20 Kg por gaveta, puxador em nylon 6 injetado sob pressão; com trilho telescópico com 450mm de profundidade. 16 divisórias para medicação em poliestireno no processo de vacun form na 1ª gaveta na cor Branca. Compartimento inferior com tampa escamoteável 90° em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 0,6mm com puxador em nylon 6 injetado. Sistema de Lacre Único para as 3 gavetas e Compartimento Inferior com tampa escamoteável. Suporte de oxigênio em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm com velcro para fixação do cilindro. Suporte para desfibrilador, monitor, cardioversor em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 2mm Suporte de soro em liga de alumínio com acabamento superficial anodizado, ajuste de regulagem de altura sem a utilização de parafusos, com</p>
---	--

Criado Por: MARCOS VINICÍUS ARAUJO DE OLIVEIRA
Data da impressão: 21/11/2019 19:48:18 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

ganchos em nylon 6 Tábua de massagem cardíaca em acrílico com espessura de 6 mm ecom calha de tomadas com cabo de 3m, em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 com espessura de 1mm, com interruptor e com filtro de linha.04 Rodízios de 100mm de diâmetro, com capacidade de carga de 70kg cada, com garfo emzama, aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore "A", 2 com trava e 2 sem trava.Chapa de aço, perfis e chapas de alumínio deverão passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto) Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035. O proponente deverá apresentar os seguintes documentos: - Apresentar Registro na Anvisa; - Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço e alumínio. - Apresentar Teste de Dureza/Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 70 Kg.

UNIDADE

Med Light /
PCR
3010-BASICO

R\$ 4.400

BH LABORATÓRIOS LTDA- EPP
CNPJ: 22.283.196/0001-01
RUA IPIRANGA, 67- CASA
02. FLORESTA - BELO
HORIZONTE - MG
CEP:31015-180FONE: (31)
3461-6739 E-MAIL:
bhlaboratorios@gmail.com

5

R\$ 22.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

LOTE 37

1	37. Mesa Auxiliar pequena em Inox – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, isento de soldas, rebarbas e arestas cortantes, para a perfeita assepsia, nas medidas A 1000mm x L 610mm x P 410mm (+/- 5%). Estrutura em tubo redondo de aço inox diâmetro ¾, com cantoneiras de montagem em poliamida.03 Bandejas em chapa de aço inox escovado.Chapa inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas, formando arestas arredondadas, de fácil assepsia sem causar ferimentos nos usuários.Pára choque nos 4 cantos do carrinho em poliamida. 04 Rodízios de 75mm de diâmetro, com capacidade de carga de 60kg, totalmente inoxidáveis, com garfo e aro em nylon 6 injetado sob pressão e banda de rodagem em poliuretano com dureza 90 shore “A”, totalmente inoxidáveis, resistentes a hipoclorito de sódio, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava.Acabamento: Aço inox escovado.O proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em inox.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60 Kg.	UNIDADE	Ortomed/OM 7001,3	R\$ 641,33	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	4	R\$ 2.565,32
LOTE 39							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	39. Mesa Auxiliar Beira Leito – Montagem totalmente modular com dimensões normalizadas, nas medidas de A 800mm x L470mm x P420mm (+/- 5%). Perfis estruturais, tampo e bandeja superior em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada 01 gaveta A97mm de altura em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada. 01 prateleira interna fixa em chapa de aço laminada a frio SAE1010 fosfatizada. Porta em chapa de aço laminada a frio SAE 1010 fosfatizada, com fecho, chave e imã, com puxador em nylon 6 injetado sob pressão. 04 Rodízios de 75 mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento, resistentes a hipoclorito de sódio. A chapa de aço deverá passar por um processo de tratamento superficial, constituído de uma base nanotecnológica com tratamento protetivo composto de flúor-zirconio (ecologicamente correto). Pintura eletrostática a pó a base de resina poliéster com espessura média de 80 microns e grau de aderência GR0, conforme DIN 53151, com tempo de exposição de 12 minutos a 200°C, na cor Cinza Claro RAL 7035.0 proponente deverá apresentar os seguintes documentos:- Apresentar cópia autenticada do ato que isenta o produto de registro/ cadastro junto à Anvisa.- Teste de Salt Spray, com tempo de exposição de 500 horas à nevoa salina, para peças confeccionadas em aço.- Apresentar Teste de Dureza/ Compressão dos rodízios atestando capacidade de carga de no mínimo 60Kg.	UNIDADE	ortomed/ OM713F	R\$ 469	KMEIH & CIA LTDA. CNPJ: 01.527.632/0001-70 RUA JACI PARANÁ, 2768. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PORTO VELHO - RO CEP:76804-430FONE: (69) 3224-6088 E-MAIL: rotanacomercio@gmail.com	38	R\$ 17.822
VALOR TOTAL A SER CONTRATADO							R\$ 79.969,55
PORTO VELHO, 13/06/2019							